3D Viewer　操作方法について

Ver 1.0

2023_08

キレイライン矯正
KIREI LIGN ORTHODONTICS


© SheepMedical Co., Ltd.

パソコンでの操作方法（マウス操作について）

◆ 左クリックしながらマウスを動かす
→ 模型の向きを変更

◆ マウスのホイールを回す
→ 拡大・縮小

◆ マウスホイールをクリックした状態
→ 模型を動かす




シミュレーションは実際の移動および治療結果とは異なる場合があります。

Step 0 of 7

0 1 2 3 4 5 6 7


© SheepMedical Co., Ltd.

1



2





シミュレーションは実際の移動および治療結果とは異なる場合があります。

Step 7 of 7


3




© SheepMedical Co., Ltd.

1


上顎表示




上下顎表示



下顎表示




各方向表示




© SheepMedical Co., Ltd.

コンタクト表示 ON/OFF




緑色：コンタクト適正
赤色：コンタクト強い
青色：空隙あり


アタッチメント表示 ON/OFF



重ね合わせ ON/OFF




コメント表示 ON/OFF





シミュレーションは実際の移動および治療結果とは異なる場合があります。

Step 7 of 7

© SheepMedical Co., Ltd.









© SheepMedical Co., Ltd.

3


シミュレーション再生




1ステージごと表示



再生速度の変更（3段階）



再生をループする



© SheepMedical Co., Ltd.

SheepMedical

免責事項

ここに記載する情報は、当法人が正確を期して提供しておりますが、その正確性、有用性、確実性について保証するものではなく、一切の責任を負わないものといたします。

また、これらの情報は各々の判断と責任によってご利用いただくものであり、医療診断または治療の代用として利用されることは意図されておらず、また想定もしておりません。

なお、情報をより正確かつ適切にご利用いただくために、予告無く内容の修正、変更、削除をおこなう場合がありますが、それらによって生じるいかなる損害についても一切の責任を負わないものといたします。